

製品名：エクルーシス プレチコントロール A n t i - C C P

キット ロット番号：200219

使用期限：2019.09

(PC A-CCP1 ロット番号:173211)

(PC A-CCP2 ロット番号:173217)

精度管理は、プレチコントロール A-CCPを市販コントロールとして測定いただき、下記値をご参照の上、評価をお願いいたします。

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール A-CCP 1				プレチコントロール A-CCP 2				Unit (単位)
		Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
Anti-CCP	368029	4.58	0.32	3.63	5.54	28.6	2.00	22.6	34.7	U/mL [※]
	376648	4.58	0.32	3.63	5.54	28.9	2.02	22.8	35.0	U/mL [※]
	388800	4.85	0.34	3.84	5.86	29.2	2.04	23.0	35.2	U/mL [※]
	399875	4.93	0.34	3.90	5.96	31.5	2.21	24.9	38.2	U/mL [※]

- 【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。
- ・試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。

※ 表示値は、Roche Diagnostics GmbHで設定した単位に0.265を乗じ、国内単位 (U/mL) に換算した値を使用しています。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社