

製品名：エクルーシス プレチコントロール HBsAg II

キット ロット番号：274050

使用期限：2018.12

(PC HBSAG II 1 ロット番号:238932)

(PC HBSAG II 2 ロット番号:238934)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール HBsAg II 1	プレチコントロール HBsAg II 2		Unit (単位)	
		upper (上限値)	Value (表示値)	SD		lower (下限値) upper (上限値)
HBsAg II	277036	0.80	4.52	0.452	3.16 - 5.88	COI
	298256	0.80	4.36	0.436	3.05 - 5.67	COI
	317421	0.80	4.12	0.412	2.88 - 5.36	COI

【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。

- ・プレチコントロール HBsAg II 1は陰性判定を確認するものです。そのためCOIおよび測定値が表示値表の上限値以下にあることをご確認ください。また手入力が必要な場合、表示値は0.40、SDは0.133としてください。
- ・コバス 8000の場合、試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ディアグノスティクス株式会社