

# 製品名：エクルーシス プレチコントロール MM

キットロット番号：292731

使用期限：2019.11

(MM1ロット番号：277543)

(MM2ロット番号：277545)

コバス 8000 (免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール MM1				プレチコントロール MM2				Unit (単位)
		Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
ACTH	260589 315795 345521	46.7	4.67	32.7	60.7	883	88.3	618	1148	pg/mL
C-ペプチド	241050 295163	1.87	0.150	1.42	2.32	9.24	0.739	7.02	11.5	ng/mL
インスリン	215879 269698 315747	21.8	1.74	16.6	27.0	70.2	5.62	53.4	87.0	μU/mL
hGH	238162 286512 329969	0.968	0.0968	0.678	1.26	10.4	1.04	7.28	13.5	ng/mL

【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。

- ・コバス 8000の場合、試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社