

製品名：エクルーシス試薬 ブラームス PCT (S300)
PCT コントロール

キット ロット番号：324080

(PC PCT1 ロット番号:277163)

(PC PCT2 ロット番号:277167)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	プレチコントロール PCT 1				プレチコントロール PCT 2				Unit (単位)
	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
ブラームス PCT	0.470	0.0329	0.371	0.569	9.39	0.563	7.70	11.1	ng/mL

【注意】四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社