

製品名：エクルーシス プレチコントロール LC

キット ロット番号：335437

使用期限：2019.08

(PC LC1 ロット番号:333522)

(PC LC2 ロット番号:333520)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール LC1				プレチコントロール LC2				Unit (単位)
		Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
シフラ (CYFRA)	258855 305704 335936	3.79	0.265	2.99	- 4.59	33.3	2.33	26.3	- 40.3	ng/mL
NSE	283022 322053 338155	12.7	0.889	10.0	- 15.4	106	7.42	83.7	- 128	ng/mL
ProGRP	256299 314960	62.9	4.40	49.7	- 76.1	824	57.7	651	- 997	pg/mL
SCC	284419 322194	2.05	0.144	1.62	- 2.48	19.0	1.33	15.0	- 23.0	ng/mL

【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。

- ・試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社