

製品名 : エクルーシス プレチコントロール Anti-HBc IgM

キット ロット番号 : 353388

使用期限 : 2020.05

(PC A-HBCIGM1 ロット番号:338572)

(PC A-HBCIGM2 ロット番号:338573)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール Anti-HBc IgM1	プレチコントロール Anti-HBc IgM2			Unit (単位)
		upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値) upper (上限値)	
Anti-HBc IgM	343372 363315	0.250	2.43	0.324	1.46 - 3.40	COI

- 【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。
- ・プレチコントロール Anti-HBc IgM1 は陰性判定を確認するものです。そのためCOIが表示値表の上限値以下にあることをご確認ください。
 - ・試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社