

製品名：エクルーシス プレチコントロール Growth

キット ロット番号：358103

使用期限：2019.07

(G1 ロット番号:356185)

(G2 ロット番号:356186)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール G 1				プレチコントロール G 2				Unit (単位)
		Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
hGH	286512 329969 355426	0.916	0.0916	0.641	1.19	9.84	0.984	6.89	12.8	ng/mL
IGF-1	335938 359347	58.7	5.28	42.9	74.5	346	31.1	253	439	ng/mL

【注意】・四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。

- ・試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社