

製品名：エクルーシス プレチコントロール Anti-HBs

キット ロット番号：396112

使用期限：2020.11

(PC A-HBS1 ロット番号:374509)

(PC A-HBS2 ロット番号:374510)

コバス 8000(免疫処理用e801 モジュール) 用

Test (項目)	試薬ロット	プレチコントロール Anti-HBS 1	プレチコントロール Anti-HBS 2				Unit (単位)
		upper (上限値)	Value (表示値)	SD	lower (下限値)	upper (上限値)	
A-HBs II	351490	5.00	87.8	4.39	74.6 - 101	IU/L	
	363764	5.00	98.9	4.95	84.1 - 114	IU/L	
	388513	5.00	106	5.30	90.1 - 122	IU/L	

- 【注意】
- ・ 四捨五入等の計算方式の違いにより、下限値および上限値と機器から印字される期待値との間に若干の差異が生じる場合があります。
 - ・ プレチコントロール Anti-HBs1は陰性判定を確認するものです。そのため測定値が表示値表の上限値以下にあることをご確認ください。
 - ・ 試薬ロット更新時のタイミングにて、該当項目のキャリブレーションおよび該当コントロールの最新バージョンを手動によりダウンロードしてください。



ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社